

**PRT 1000 ATEŞÖLÇER
TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

- 1. Cihaz, ağız, koltukaltı veya makattan ateş ölçmek için kullanılmalıdır.**
- 2. Ateş ölçer dijital olmalıdır.**
- 3. Ateş ölçer su geçirmez olmalıdır.**
- 4. Ateş ölçer cam ve cıva içermemelidir.**
- 5. Ateş ölçerin ucu hasta konforu açısından yumuşak uçlu olmalıdır.**
- 6. Ateş ölçer hastaya zarar vermeyecek tarzda ergonomik olmalıdır.**
- 7. Cihazın LCD ekranı olmalı, ölçüm sonuçları ekrandan izlenebilmelidir.**
- 8. Cihazın üzerinde açma/kapama düğmesi olmalıdır.**
- 9. Cihaz son ölçüm sonucunu hafızasında saklamalıdır.**
- 10. Cihaz koruyucu başlık ve pili ile birlikte verilmelidir.**
- 11. Uluslar arası geçerli kalite belgelerinden birisine sahip olmalıdır.**
- 12. Türkçe kullanım kılavuzu olmalı ve ülke çapındaki servislerin isim ve adresleri kılavuzda belirtilmiş olmalıdır.**
- 13. Cihaz Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.**